SUN MEDICAL

M&C PRIMER

Un seul Primer pour toutes les surfaces à coller.

M&C PRIMER améliore l'adhésion sur toutes les surfaces métalliques et céramiques y compris la Zircone

Contenu du produit

M&C PRIMER A ..... 5 ml
M&C PRIMER B ..... 5 ml

Mélanger A & B >> Appliquer >> Sécher

M&C=Métaux et Céramiques

Idéalement conçu comme sous couche du SUPERBOND , M&C Primer est compatible avec tous les ciments résine du marché

M&C PRIMER contient 3 composants essentiels

1. MDP* pour adhérer aux :

Zircone, Métaux non precieux CrCo NiCr (1)

2. VTD pour adhérer aux :**

Métaux précieux et semi-précieux

3. Silane pour adhérer aux :

Disilicate de lithium, céramique, résine composite, blocs de CADCAM résine etc…

*MDP: 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate
(1) pour les métaux non precieux seulement en cas d'utilisation d'un ciment résine autre que Superbond

** VTD: 6-(4-vinylbenzyl-n-propyl) amino-1,3,5-triazine-2,4-dithione (-dithiol)

Pour de nombreux cas cliniques



Inlay | Couronne métallique | Couronne tout céramique | Facette

Réparation intra orale de céramique fracturée | Reconstitution résine | Tenon fibré | Inlay core

Un collage plus performant et plus durable avec M&C PRIMER

Test: Résistance au cisaillement(ref. ISO16506).

* Gold-alloy (Casting Gold M.C. Type IV, GC) et zircone (Lava Zirconia, 3M ESPE) ont été sablés avant le prétraitement.

** Lithium disilicate (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent) ont été mordancés avec l'acide hydrofluorhydrique acid (HF) avant le prétraitement.

Source: Sun Medical Co., Ltd.

Résistance au cisaillement



Made in Japan by SUN MEDICAL CO.,LTD.
http://www.sunmedical.co.jp
571-2 Furutaka-cho, Moriyama, Shiga, 524-0044 JAPAN Phone : +81-77-582-9981 Fax : +81-77-582-9984

CE 0123

Distribution exclusive par **GENERIQUE INTERNATIONAL** 77/79 rue Pierre Brossolette • 93160 NOISY LE GRAND
Tel. 01 43 03 06 84 • Fax 01 43 03 15 98 - E-mail : generinter@aol.com - Web : www.generiqueinternational.com

Dispositif médical (DM) de Classe IIa, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lire attentivement avant l'utilisation le mode d'emploi et l'étiquetage

Organisme certificateur : TÜV SÜD Product Service GmbH 0123
version Mars 2021